



Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «Укрметртестстандарт»)
State Enterprise
“All-Ukrainian State Research and Production Center for Standardization, Metrology, Certification and Consumers' Rights Protection”
(SE “Ukrmetrteststandard”)



4K004
DСТУ ISO/IEC 17025

СВІДОЦТВО ПРО КАЛІБРУВАННЯ

Calibration Certificate

Ресстраційний №: UA/36/170516/000538
Reference number:

Дата калібрування: 16.05.2017
Date of calibration:

Об'єкт калібрування: рН-метр
Object:

Виробник: Metrohm, Швейцарія
Manufacturer:

Тип: 827 рН
Type:

Заводський/серійний номер: 1827001043112
Serial number:

Назва та адреса замовника: ТОВ "ЮНІЛАБ"
The name and address of the customer: 04208, м. Київ, пр. Правди. буд. 88-Б

Місце калібрування: ДП "Укрметртестстандарт"
Place of calibration: 03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4

Кількість сторінок свідоцтва: 3
Number of pages of the certificate:

Директор інституту №2
Director of institute



Начальник відділу №36
Head of department

підпис/signature

А.Б Глебов
ініціали, прізвище/name

підпис/signature

В.Г. Гаврилкін
ініціали, прізвище/name

Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.
 Орган акредитації (НААУ) є повноправним членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (www.ilac.org) і підписантом угоди ILAC MRA.
 Свідоцтва про калібрування, видані акредитованими об'єктами, що підписали Домовленість про взаємне визнання ILAC (MRA) визнають всі сторони, які підписали ILAC MRA.
 НААУ є підписантом багатосторонньої угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA).
 Користувач зобов'язаний повторно калібрувати об'єкт через певні проміжки часу.
 Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди Калібрувальної служби, що видала свідоцтво. Свідоцтво про калібрування без підписів і печатки не дійсне. *All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI.*
The accreditation body (NAAU) is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.
The NAAU is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA).
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.
This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing Calibrating services. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Адреса ДП «Укрметртестстандарт»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна
 Address SE "Ukrmetrteststandard": 4 Metrologichna str, 03143, Kyiv, Ukraine
 Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, електронна адреса/e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua
 Аттестат про акредитацію № 4K004 від 04.04.2016 р.
 Accreditation certificate 4K004 from 04.04.2016



Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-
виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «Укрметртестстандарт»)



4K004
DСТУ ISO/IEC 17025

State Enterprise
“All-Ukrainian State Research and Production Center for
Standardization, Metrology, Certification and Consumers' Rights
Protection”
(SE “Ukrmetrteststandard”)

СВІДОЦТВО ПРО КАЛІБРУВАННЯ

Calibration Certificate

Рестраційний №: UA/36/170515/000530
Reference number:

Дата калібрування: 15.05.2017
Date of calibration:

Об'єкт калібрування: рН-метр
Object:

Виробник: Metrohm, Швейцарія
Manufacturer:

Тип: 827 рН
Type:

Заводський/серійний номер: 1827001043196
Serial number:

Назва та адреса замовника: ТОВ "ЮНІЛАБ"
The name and address of the customer: 04208, м. Київ, пр. Правди. буд. 88-Б

Місце калібрування: ДП "Укрметртестстандарт"
Place of calibration: 03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4

Кількість сторінок свідоцтва: 3
Number of pages of the certificate:

Директор інституту №2
Director of institute



підпис/signature

А.Б Глебов
ініціали, прізвище/name

Начальник відділу №36
Head of department

підпис/signature

В.Г. Гаврилкін
ініціали, прізвище/name

Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.
Орган акредитації (НААУ) є повноправним членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (www.ilac.org) і підписантом угоди ILAC MRA.
Свідоцтва про калібрування, видані акредитованими об'єктами, що підписали Домовленість про взаємне визнання ILAC (MRA) визнають всі сторони, які підписали ILAC MRA.

НААУ є підписантом багатосторонньої угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA).

Користувач зобов'язаний повторно калібрувати об'єкт через певні проміжки часу.

Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди Калібрувальної служби, що видала свідоцтво. Свідоцтво про калібрування без підписів і печатки не дійсне. *All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI.*

The accreditation body (NAAU) is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.

The NAAU is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA).

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing Calibrating services. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Адреса ДП «Укрметртестстандарт»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна

Address SE "Ukrmetrteststandard": 4 Metrologichna str, 03143, Kyiv, Ukraine

Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, електронна адреса/e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua

Атестат про акредитацію № 4K004 від 04.04.2016 р.

Accreditation certificate 4K004 from 04.04.2016

Б05-3.5ПР-I-UR-4



Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-
виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «Укрметртестстандарт»)



State Enterprise
"All-Ukrainian State Research and Production Center for
Standardization, Metrology, Certification and Consumers' Rights
Protection"
(SE "Ukrmetrteststandard")

4K004
DСТУ ISO/IEC 17025

СВІДОЦТВО ПРО КАЛІБРУВАННЯ

Calibration Certificate

Реєстраційний №: UA/36/170515/000529
Reference number:

Дата калібрування: 15.05.2017
Date of calibration:

Об'єкт калібрування: рН-метр
Object:

Виробник: Metrohm, Швейцарія
Manufacturer:

Тип: 827 рН
Type:

Заводський/серійний номер: 1827001043108
Serial number:

Назва та адреса замовника: ТОВ "ЮНІЛАБ"
The name and address of the customer: 04208, м. Київ, пр. Правди, буд. 88-Б

Місце калібрування: ДП "Укрметртестстандарт"
Place of calibration: 03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4

Кількість сторінок свідоцтва: 3
Number of pages of the certificate:

Директор інституту №2
Director of institute



Начальник відділу №36
Head of department

підпис/signature

А.Б. Глебов
ініціали, прізвище/name

підпис/signature

В.Г. Гаврилкін
ініціали, прізвище/name

Б05-3.5П-І-UR-4

Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.
Орган акредитації (НААУ) є повноправним членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (www.ilac.org) і підписантом угоди ILAC MRA.
Свідоцтва про калібрування, видані акредитованими об'єктами, що підписали Домовленість про взаємне визнання ILAC (MRA) визнають всі сторони, які підписали ILAC MRA.

НААУ є підписантом багатосторонньої угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA).
Користувач зобов'язаний повторно калібрувати об'єкт через певні проміжки часу.

Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди Калібрувальної служби, що видала свідоцтво. Свідоцтво про калібрування без підписів і печатки не дійсне. *All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI.*

The accreditation body (NAAU) is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.

The NAAU is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA).

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing Calibrating services. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Адреса ДП «Укрметртестстандарт»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна

Address SE "Ukrmetrteststandard": 4 Metrologichna str, 03143, Kyiv, Ukraine

Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, електронна адреса/e-mail: ukrscsm@ukrscsm.kiev.ua, сайт/website: www.ukrscsm.kiev.ua

Атестат про акредитацію № 4K004 від 04.04.2016 р.

Accreditation certificate 4K004 from 04.04.2016



Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-
виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «Укрметртестстандарт»)



State Enterprise
"All-Ukrainian State Research and Production Center for
Standardization, Metrology, Certification and Consumers' Rights
Protection"
(SE "Ukrmetrteststandard")

4K004
ДСТУ ISO/IEC 17025

СВІДОЦТВО ПРО КАЛІБРУВАННЯ

Calibration Certificate

Реєстраційний №: UA/36/170516/000539
Reference number:

Дата калібрування: 16.05.2017
Date of calibration:

Об'єкт калібрування: рН-метр
Object:

Виробник: Metrohm, Швейцарія
Manufacturer:

Тип: 827 рН
Type:

Заводський/серійний номер: 1827001043194
Serial number:

Назва та адреса замовника: ТОВ "ЮНІЛАБ"
The name and address of the customer: 04208, м. Київ, пр. Правди. буд. 88-Б

Місце калібрування: ДП "Укрметртестстандарт"
Place of calibration: 03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4

Кількість сторінок свідоцтва: 3
Number of pages of the certificate:

Директор інституту №2
Director of institute



М.П. Сертифікаційний код
02568182

Official stamp

Начальник відділу №36
Head of department

підпис/signature

А.Б Глебов
ініціали, прізвище/name

підпис/signature

В.Г. Гаврилкін
ініціали, прізвище/name

Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.
Орган акредитації (НААУ) є повноправним членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (www.ilac.org) і підписантом угоди ILAC MRA.
Свідоцтва про калібрування, видані акредитованими об'єктами, що підписали Домовленість про взаємне визнання ILAC (MRA) визнають всі сторони, які підписали ILAC MRA.
НААУ є підписантом багатосторонньої угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA).
Користувач зобов'язаний повторно калібрувати об'єкт через певні проміжки часу.
Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди Калібрувальної служби, що видала свідоцтво. Свідоцтво про калібрування без підписів і печатки не дійсне. All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI.
The accreditation body (NAAU) is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.
The NAAU is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA).
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.
This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing Calibrating services. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Адреса ДП «Укрметртестстандарт»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна
Address SE "Ukrmetrteststandard": 4 Metrologichna str, 03143, Kyiv, Ukraine
Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, електронна адреса/e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua
Атестат про акредитацію № 4K004 від 04.04.2016 р.
Accreditation certificate 4K004 from 04.04.2016