



Державне підприємство
"Всеукраїнський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації та
захисту прав споживачів"
(ДП «Укрметртестстандарт»)
State Enterprise "All-Ukrainian State Research and
Production Center for Standardization, Metrology,
Certification and Consumers' Rights Protection"
(SE "Ukrmetrteststandard")



4K004
DСТУ ISO/IEC 17025

СВІДОЦТВО ПРО КАЛІБРУВАННЯ
Calibration Certificate

Реєстраційний №:
Reference number: UA / 35 / 170323 / 385

Дата калібрування:
Date of calibration: 23.03.2017

Об'єкт калібрування:
Object: Невтоматичний зважувальний прилад

Виробник:
Manufacturer: Kern & Sohn , Німеччина

Тип:
Type: PLJ1200-3A

Заводський/серійний номер:
Serial number: WIC 1600090

Назва та адреса замовника:
The name and address of the customer: ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"
вул. Щолківська, 74, м. Бровари, 07400

Місце проведення калібрування:
Location where the calibration was carried out: ДП "Укрметртестстандарт"

Кількість сторінок свідоцтва:
Number of pages of the certificate:

Директор інституту метрології
Director of institute

Заступник начальника відділу № 35
Deputy Head of Department

Самойленко О.М.
Прізвище, ініціали / name

Чорноіван В.І.
Прізвище, ініціали / name



B05-3.5IP-I-UR-4

Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.
Орган акредитації (НААУ) є повноправним членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (www.ilac.org) і підписантом угоди ILAC MRA. Свідоцтва про калібрування, видані акредитованими об'єктами, що підписали Домовленість про взаємне визнання ILAC (MRA) визнають всі сторони, які підписали ILAC MRA. НААУ є підписантом багатосторонньої угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA). Користувач зобов'язаний повторно калібрувати об'єкт через певні проміжки часу. Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди Калібрувальної служби, що видала свідоцтво. Свідоцтво про калібрування без підписів і печатки не дійсне.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI.
The accreditation body (NAAU) is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.
The NAAU is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA).
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.
This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing Calibrating services. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Адреса ДП "Укрметртестстандарт": 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна
Address SE "Ukrmetrteststandard": 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine
Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, ел.пошта/e-mail: ukrscm@ukrscm.kiev.ua, веб-сайт/website: www.ukrscm.kiev.ua

Атестат про акредитацію № 4K004 від 04.04.2016 р.
Accreditation certificate 4K004 from 04.04.2016